涡阳县牌坊镇卫生院一批设备采购项目

（项目编号：BZGY2022CG110 号）

询价文件

采购人：涡阳县中医院

政府采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

2022 年 11 月 14 日

目　　录

第一章　询价公告
第二章　询价采购函
第三章　评审办法
第四章　采购内容及需求
第五章　合同条款及格式
第六章　报价文件格式

第一章　询价公告

项目概况 涡阳县牌坊镇卫生院一批设备采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）（http://ggzy.bozhou.gov.cn/)获取采购文件，并于 2022 年 11 月 22 日 9 点 30 分（北京时间）前提交报价文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：BZGY2022CG110 号

2.任务书编号：FS34162120220831 号

3.项目名称:涡阳县牌坊镇卫生院一批设备采购项目

4.采购方式：询价

5.预算金额:人民币：170 万元

6.最高限价（如有）：人民币：第一标包：525000 元；第二标包：579100 元；第三标包：165900 元；第四标包：430000 元；

7.采购需求：涡阳县牌坊镇卫生院一批设备采购,包含气动电控型呼吸机、高清电子胃肠镜、移动式 C 型臂 X 射线机、体外冲击波碎石机、等离子空气消毒机、电动手术台、手术无影灯、插件式监护仪、注射泵、电子灸治疗仪、冲击波治疗仪、磁疗康复仪，具体详见询价文件。

8.合同履行期限： 15 个日历天

9.本项目不接收联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款之规定（因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的），为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：涡阳县牌坊卫生院气动电控型呼吸机、高清电子胃镜、移动式C型臂X射线机等一批医疗设备采购项目生产方都是大型企业，所以我单位采购的这批医疗设备都是中小企业无法提供或者很难提供的。如对此项内容有疑问，可通过本公告中载明的质疑联系方式进行质疑。

3.本项目的特定资格要求：

（1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

遇系统故障则此项不作要求。

（2）标包划分:共分为4个标包，分别为：

第一标包：气动电控型呼吸机1台、高清电子胃肠镜1台；

第二标包：移动式C型臂X射线机1台、体外冲击波碎石机1台；

第三标包：等离子空气消毒机3台、电动手术台2台、手术无影灯2台、插件式监护仪2台、注射泵5台；

第四标包：电子灸治疗仪10台、冲击波治疗仪1台、磁疗康复仪1台。

本项目共计4个标包，按照01-04标包的顺序进行开评标。各投标人均可就上述4个标包中的1个标包或多个标包投标。

（3）其他资格要求：/。

三、获取采购文件

1.获取时间：2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 17 日,每天上午 8：00 至 12：00 ，下午 12：00 至 17：30 （北京时间，法定节假日除外），供应商须仔细阅读“供应商资格要求”，谨慎参与。

2.获取地点：请潜在供应商于获取采购文件时间内登录全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）网上系统（http://ggzy.bozhou.gov.cn/），按照有关程序办理参与事宜（注册、获取、下载询价文件）。

3.获取方式：网上下载。

4.询价文件售价：每标包人民币 0 元整，询价文件售后不退。

四、报价文件提交

1. 报价文件提交截止时间（开标截止时间）：2022 年 11 月 22 日 9 点 30 分（北京时间）

2. 地　点：供应商应在开标截止时间前通过电子招标投标交易平台（亳州市公共资源交易系统）递交电子报价文件；逾期送达的报价文件，电子招标投标交易平台（亳州市公共资源交易系统）将予以拒收。

五、开启

1.开标时间（同报价文件提交截止时间）： 2022 年 11 月 22 日 9 点 30 分（北京时间）；

2.开标地点：亳州市涡阳县世纪大道与向阳路交叉口市民服务中心四楼开标区，具体开标室详见亳州市公共资源交易网“场地安排”或者开标当天指示牌。本项目采用电子招投标，为避免因网络拥堵无法上传报价文件，请各投标人及时上传报价文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

（一）投标保证金的递交：本项目免收

（二）询价公告发布媒介

本次询价公告在安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn）、安徽省招投标信息网(www.ahtba.org.cn)、全国公共资源交易平台(安徽省·亳

州市）（http://ggzy.bozhou.gov.cn/）等媒体上发布。

（三）服务热线

1.CA 数字证书及电子签章咨询电话：4008804959

2.电子投标技术支持电话：4009980000

（四）注意事项

1.本项目只接受亳州市公共资源电子交易平台中已注册用户参与，未注册的供应商请及时办理注册手续，因未及时办理注册手续导致无法参与的，责任自负。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同（标包）项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 省属采购人的政府采购项目，中标供应商必须在中标（成交）以后、签订采购合同前成为安徽省政府采购网供应商注册用户。

4.获取采购文件须知

（1）登陆全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）（http://ggzy.bozhou.gov.cn/)免费注册用户，认真阅读《亳州市公共资源交易网注册用户登记暂行办法》、“注册用户操作使用手册”、“注册用户办事指南”等相关文件资料，按照有关程序办理相关事宜。

(2)点击网上参与后,及时下载询价文件及其他资料(含答疑或相关说明)。如本项目有两个或两个以上标包，潜在供应商参加其中任何一个标包的询价，必须对该标包进行网上参与。

(3)只有成功下载询价文件后方完成全部参与程序。网上发布系统将于获取时间（即询价文件获取时间）截止后准时关闭，各潜在供应商须及时参与并下载询价文件。因未及时下载询价文件导致参与无效的，责任自负。以亳州市公共资源交易系统自动生成的询价参与表为依据。

5.为进一步加大社会监督力度，切实体现招标投标活动公开、公平、公正的原则，保证各类市场主体和社会公众平等、快捷、准确地获取招标信息，本

项目招标文件随招标公告同时发布，如潜在投标人（供应商）有意参与本项目投标，仍须在招标文件发售时间内登陆全国公共资源交易平台（安徽省· 亳州市）（http://ggzy.bozhou.gov.cn/）办理注册、下载招标文件等相关事宜，逾期未办理的，责任自负。

6.本项目支持供应商运用政府采购合同进行信用融资(即政采贷)，采购人应在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式与供应商约定唯一收款账户。

7.本项目在线提交报价文件，投标人（供应商）在线解密报价文件、无须现场参加开标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　称：涡阳县中医院

地　址：亳州市涡阳县闸北镇闸北路与雷古路交叉口东南方向

联系方式：黄永强 18956815218

2.采购代理机构信息

名　称：安徽雉河项目管理有限公司

地　址：亳州市涡阳县世纪大道与向阳路交叉口市民服务中心四楼

联系方式：陆晴 0558-7210167、19159695801

3.项目联系方式

项目联系人：陆晴

电　　话：0558-7210167、19159695801

4.质疑联系方式

采购单位：涡阳县中医院

联系人：黄永强

电话：18956815218

采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

联系人：陆晴

电话：0558-7210167、19159695801

2022 年 11 月 14 日

第二章　询价采购函

（项目编号： BZGY2022CG110 号）

受采购人委托，以询价方式对本项目进行采购。现将询价须知说明如下：

序号	名称	内容
1	采购方式	询价
2	采购人	名称：详见询价公告。 地址：详见询价公告。 联系人：详见询价公告。 电话：详见询价公告。
3	政府采购代理机构	名称：详见询价公告。 地址：详见询价公告。 联系人：详见询价公告。 电话：详见询价公告。
4	项目名称	详见询价公告。
5	资金来源及落实情况	财政资金，已落实。
6	交货（供货）时间	详见第五章合同条款前附表。
7	交货地点	详见第五章合同条款前附表。
8	供应商资格要求	详见询价公告。
9	供应商提出问题的截止时间	2022 年 11 月 18 日 17：30 前，供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。供应商如对询价文件有任何疑问均在此时间以前登录全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）业务系统进行网上提问。如遇系统故障等原因不能登录系统、提出疑问，请及时与采购人或政府采购代理机构联系，递交纸质材料。否则，供应商无权再因为询价文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。
10	采购人澄清的时间	2022 年 11 月 21 日，询价文件的澄清、修改、补充等将在全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）业务系统或通知答疑栏上发布。所有下载询价文件的供应商须在网上自行查询或登录网上系统进行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能登录系统，请及时与采购人或政府采购代理机构联系。否则，造成的一切后果由供应商自行承担。

11	构成询价文件的其他材料	采购人发出的澄清、修改及补充文件等。
12	供应商确认收到询价文件澄清的时间	询价文件的澄清在全国公共资源交易平台（安徽省 •亳州市）业务系统或通知答疑栏的发布时间，视为供应商确认收到询价文件澄清的时间。
13	供应商确认收到询价文件修改、补充的时间	询价文件的修改、补充在全国公共资源交易平台（安徽省 •亳州市）业务系统或通知答疑栏的发布时间，视为供应商确认收到询价文件修改的时间。
14	构成报价文件的其他材料	供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变报价文件的实质性内容）。
15	投标有效期	投标截止之日起 60 天。
16	投标保证金	详见询价公告。
17	投标保证金的退还	投标保证金（包括银行同期存款利息）退还： 1.招标不成功（或开标现场拒收报价文件）的，直接退还至该供应商汇出帐户。 2.未中标供应商投标保证金的退付：成交通知书发放后，直接退付至其汇出账户； 3.成交供应商的投标保证金的退付：成交供应商的投标保证金转为项目履约保证金（金额不足的须补齐），履约期满后退还至其汇出账户。 4.如有质疑、投诉的项目按相关规定处理。
18	签字或盖章要求	按照询价文件要求进行签字或盖章。 按照《电子招标投标相关要求》，供应商须在报价文件的指定位置加盖供应商、法定代表人**电子印章。**报价文件中需要签字盖章的内容，如不能加盖电子章或电子签名的，供应商须上传加盖印章（彩色）或签名的扫描件。
19	报价文件的递交要求	具体详见询价公告。
20	是否退还报价文件	否。

21	开标时间和地点	开标时间和地点：详见询价公告。 本项目开标时，投标人在互联网上参与开标，并解密其投标文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其投标文件解密，无需现场递交投标资料。投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。
22	开标程序	按询价文件规定的开标程序进行开标。
23	询价小组的组建	询价小组构成：3 人以上单数（含 3 人）。 询价小组组建：按有关规定组建。
24	是否授权询价小组确定成交供应商	否，推荐的成交候选人数：3 名。
25	成交结果公告媒介	在全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）、安徽省政府采购网和安徽省招标投标信息网等网站上发布。
26	履约保证金的缴纳和退还	履约保证金为合同金额的 2%； 履约保证金缴纳形式：1.银行汇款；2.银行转账；3.银行保函或汇票或本票。 履约保证金缴纳账户： 户名：涡阳县非税收入管理服务中心 账号：9558851318000903272 开户行：中国工商银行股份有限公司涡阳支行 1. 如采用银行汇款或银行转账形式缴纳履约保证金，中标人须在中标通知书发放后 5 个工作日内且在合同签订前，从其银行基本账户转入采购人指定账户，否则，采购人有权取消其中标资格。 2.如采用银行保函或汇票或本票缴纳履约保证金，中标人须在中标通知书发放后 5 个工作日内且在合同签订前向采购人开具，开具的银行保函或汇票或本票有效期不少于项目规定服务期（供货期），否则，采购人有权取消其中标资格。

		3.履约保证金退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目验收合格后，采购人按规定返还全部履约保证金。 注：中标（成交）单位在网上中标通知书运转完成后，须按要求缴纳履约保证金，并将转账凭证扫描件或履约保函扫描件提交给代理机构具办人员（邮箱：zhihecaigoubu@163.com），代理机构具办人员上传合同时作为附件上传，如采用履约保函，提交前须经采购人核验并在保函上注明核验意见（加盖采购人公章）。
27	知识产权	1. 供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其 它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在报价文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。
28	是否允许大中型企业向小微企业分包	否。
需要补充的其他内容		
1	1.各供应商需及时从全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）业务系统中自行下载询价文件、补充文件等与投标有关的资料，因未下载或下载不及时，所引起与投标有关的一切后果责任自负。如对从业务系统中自行下载的以上资料有疑问的，请及时提出。各潜在供应商在投标截止时间前，每天均应登录全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）及业务申报系统页面，查看或下载有关资料信息； 2.供应商应认真阅读本询价文件，按询价文件中的要求制定报价文件； 3.开标后至授予成交供应商合同，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露； 4.在公共资源交易活动过程中，同一项目（标包）的不同投标人，针对投标文件制作机器码相同的情况，将对其投标文件按无效投标处理，请各潜在投标人在编制投标文件、上传投标文件等环节谨慎操作，避免出现投标文件制作机器码相同的情况。 5.供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，将按照有关规定进行处理。 6.关于中小企业投标：①中小企业投标是指在在政府采购活动中，供应商提供的	

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责，中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)。
②根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并对其真实性负责，不再提供《中小企业声明函》。
③根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
7. 中标单位需参照国家计委计价格[2002]1980 号文件规定标准向采购代理机构交纳代理服务费。
8.代理服务费收款账户：
收款人户名：安徽雉河项目管理有限公司
收款人账号：1318 0430 1920 0052 303
收款人开户行：中国工商银行亳州涡阳支行营业部
注：转账时请备注“****项目代理费”</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">1.本项目不组织勘探现场，供应商可自行勘探现场。
2.采购预算（招标控制价、最高投标限价，下同）详见询价公告。
3.报价文件份数按照《电子招标投标相关要求》，网上提交加密报价文件一份。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>电子招标投标</td><td>本项目采用全流程电子招标投标，包括网上报名、网上投标、网上开标、网上评标等。具体要求详见《电子招标投标相关要求》</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">4.1 合同签订地点：涡阳县公共资源交易中心。（本项目采用全流程电子招标投标，在亳州市公共资源交易系统进行线上签订合同。）
4.2 成交供应商领取成交通知书时，须提供三份纸质投标文件。
4.3 本招标文件要求的大写数字为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、</td></tr>
</table>

	拾、佰、仟、万、亿。 4.4 自评审委员会发出询标通知起，原则上 20 分钟内不回复的，视为投标人自愿放弃澄清回复的权利。 4.5 注意：投标人制作投标文件时须以本采购文件的项目编号为准，不可使用系统自动生成的编号！ 4.6 投标人前来投标即视为，同意中标结果公告中公示其资格能力条件、业绩、信誉、项目负责人、中标标的信息（分项报价表），并承诺提供的资料或信息均真实有效。若被发现存在虚假、隐瞒情况，投标人承担由此产生的一切后果。 4.7 本项目对投标函和资格声明函中抬头填写不作要求，投标人前来投标即视为向采购人提交投标函和资格声明函。 4.8 本项目对不见面开标大厅系统中的签到环节不作要求。 4.9 报价文件中承诺书格式须与询价文件中承诺书格式保持一致，请供应商在编制文件时按询价文件格式进行制作。 **4.10 不见面开标条款（本项目采用不见面开标）** 一、本项目开标时，投标人在互联网上参与开标，并解密其投标文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其投标文件解密，无需现场递交投标资料。投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。 二、投标人应在投标截止时间起 60 分钟内，通过互联网解密投标文件，超过 60 分钟未解密的投标文件，将被退回，不进入评标程序。（以交易系统时间为准）。 三、开评标过程中，投标人应始终保持在线状态。投标人可以通过亳州市电子招投标交易平台依法对开标过程提出异议（质疑），并加盖投标人电子签章对质疑内容进行确认。取消采购文件中开评标现场有关书面提出异议（质疑）及澄清说明的内容。 四、如有询标事宜，询价小组通过互联网向投标人发起询标。投标人通过亳州市电子招投标交易平台接受询价小组发起的询标，并在规定的时间内（从询价小组发起询标起不超过 20 分钟），对询标内容答复并填写联系人姓名、联系电话，加盖投标人电子签章。 五、取消采购文件中询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式的内容。 六、投标人可通过全国公共资源交易平台（安徽省·亳州市）

	（http://ggzy.bozhou.gov.cn/），查看评审结果。 七、投标人须通过亳州市公共资源交易网，点击“投标单位登录”，进入亳州市电子招投标交易平台，进行远程解密；投标人可以通过交易平台中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系：4009980000，0558-5122006。解密不成功的，后果自负。投标人不得通过非加密电子报价文件（光盘）直接将电子投标文件导入评标系统。
5	本项目支持供应商运用政府采购合同进行信用融资(即政采贷)，采购人应在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式与供应商约定唯一收款账户;因政采贷需要更改供应商收款账户的，采购人、融资机构、供应商三方应共同签订《政采贷收款账户变更备案表》（格式详见合同条款及格式附件），其他任何情况下均不得更改上述唯一收款账户。
6	采购文件质疑 （1）提出时间：若潜在供应商对采购文件提出质疑，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内一次性提出。 （2）提出方式：采用书面形式，现场或者登录亳州市公共资源交易平台（网址：http://ggzy.bozhou.gov.cn/）向采购人或采购代理机构提出质疑。
7	1.本文件未尽事宜按照相关法律法规执行。 2.构成本采购文件的各个组成文件应互为解释、互为说明。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准;同一文件不同版本之间不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购（招标）代理机构负责解释。 3.本文件的解释权归采购单位和采购（招标）代理机构。 4.本文件相关内容与本表不一致的，以本表为准。

电子招标投标相关要求

一、注册登记

（一）本项目只接受亳州市公共资源交易网注册用户参与，注册用户通过亳州市公共资源交易网业务系统（以下简称系统）参与，尚未成为注册用户的潜在投标人请按照《亳州市公共资源交易电子招标投标管理办法（试行）》等有关规定，及时办理注册用户手续。因未及时办理注册用户手续导致无法参与的，责任自负。

（二）投标企业自行上传投标企业资料，投标企业资料的有效性在评标时由项目评标委员会负责认定。

（三）注册用户应及时对录入的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（四）投标人应当取得和使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到现场办理（地址：亳州市政务服务中心三楼CA窗口，技术支持联系电话： 4008804959 ）。投标人需通过数字证书对报价文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的，投标人必须对报价文件重新加密和电子签章，并在投标截止时间之前上传至系统：

1.数字证书到期后重新续期；

2.数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致报价文件无法解密，由投标人自行承担责任。

二、报名下载询价文件

投标人须在发布期内，持数字证书登录系统进行参与、打印参与凭证、下载询价文件和其他相关资料。

投标人如有疑问，须按询价文件规定的时间通过系统提出，否则，责任自负。

如有补充、答疑、澄清和修改，采购人在网上“通知答疑”栏目或通过系统发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑补充文件，据此制作报价文件。

三、制作报价文件

（一）投标人在交易系统中下载“报价文件制作软件”，通过软件制作、生成报价文件。技术问题咨询电话：4009980000。

（二）制作电子报价文件时请插上数字证书、打开报价文件制作软件、导入电子询价文件（答疑文件等），按要求制作报价文件。

（三）报价文件中相关资格审查材料可以从注册用户之前自己录入的资料库中挑选；报价文件如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至报价文件制作软件中。

（四）经数字证书加密的报价文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

四、递交投标保证金

投标保证金的到账截止时间详见投标须知前附表。

五、投标

（一）电子报价文件的递交是指投标人使用系统完成上传报价文件，未在投标截止时间前完成上传的报价文件视为逾期送达。

（二）为了保障电子开评标活动正常进行，供应商必须在网上递交加密的报价文件。

（三）投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的报价文件，报价文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

（四）投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的报价文件将被拒绝。

六、开标

（一）本项目开标时，供应商在互联网上参与开标，并解密其投标文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其投标文件解密，无需现场递交投标资料。供应商的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。

（二）开标程序

1、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，检查投标文件的数字证书有效性和加密状况；

2、投标人在规定的时间内解密其投标文件；

3、对投标截止时间前递交的投标文件由投标人解密后再由采购人或政府采购代理机构解密；

4、唱标，并记录在案；

5、开标结束。

（注：开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。）

（三）开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标或投标无效：

1.未在投标截止时间前通过系统递交电子投标文件的；

2.经检查数字证书无效的投标文件；

3.投标文件未按询价文件要求进行加密和数字证书认证的；

4.不符合询价文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。

七、评审

（一）根据有关规定开展评标活动，依法组建的评标委员会按询价文件规定的评标办法进行电子

评标，并对评标报告签字或电子签章确认。

（二）投标人在评标期间应保持在场（开标现场）或在线状态，确保联系畅通，随时通过系统接受评标委员会可能发出的询标信息，在规定时间内澄清，未能按时澄清的，评标委员会将视同其放弃澄清。

（三）投标人需补充注册用户登记资料的，须在投标截止日2个工作日前完成，否则影响评标，责任自负。

（四）项目评审中，报价文件出现下列情形之一的，评标委员会应终止对报价文件做后续评审：

1.报价文件无法打开或不完整的；

2.报价文件中携带病毒并造成后果的；

3.恶意递交报价文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

4.评标委员会认定的其他情形。

（五）项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件作进一步的评审，视同放弃澄清：

1.澄清文件无法打开或不完整的；

2.澄清文件中携带病毒并造成后果的；

3.恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

4.评标委员会认定的其他情形。

（六）本项目评审如涉及计算，均精确到小数点后两位。

八、意外情况的处理

出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统的；

（二）网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）网上招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行的；

（六）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的。

出现上述情形而又不能及时解决的，公共资源交易中心应及时向公共资源交易监管部门报告。经批准同意后，采取以下办法处理：

1.项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。

2.停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知供应商采用其他方式操作。

因供应商计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、交纳投标保证金、

提交的报价文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标投标活动的，后果由供应商承担，招标投标活动不暂停、不终止。

九、其他

如本要求与询价文件其他条款不一致时，以本要求为准。

第三章　评审办法

评审程序：

（一）资格性检查

项目开标结束后，应当依法对投标人的资格进行审查，对出现不符合下列情形之一时，作无效标处理。《资格审查表》如下：

条款序号	评标因素	评审内容评审标准
1	营业执照	提供合法有效的营业执照（“多证合一”证件）
2	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件	符合询价文件投标人资格声明函要求（格式附后）
3	无重大违法记录声明函	符合询价文件要求（参考格式附后）
4	供应商信用	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 遇系统故障则此项不作要求。
5	联合体协议书	符合询价文件要求（格式附后）
6	落实政府采购政策	符合询价公告中落实政府采购政策的资格要求（以中小企业声明函为准）

（二）符合性检查

资格性检查结束后，应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性检查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性检查表》如下：

条款序号	评标因素	评标标准
1	履行合同的设备和专业技术能力	符合询价文件要求（格式附后）
2	法定代表人或授权代表资格（投标授权委托书）	符合询价文件要求（格式附后）
3	投标保证金有关证明材料	从 2021 年 6 月 1 日起，政府采购项目已不再收取投标保证金，本项目中关于投标保证金有关证明材料不再作为评审因素
4	其他资格要求	符合询价公告中其他资格要求
5	报价文件制作机器码	同一项目（标包）的不同供应商，针对报价文件制作机器码不得相同。
6	供应商名称	与营业执照或有效“多证合一”证件一致
7	报价文件格式	按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认，并按询价文件要求盖章或签字
8	投标报价	投标报价唯一
9	投标函	符合询价文件要求（格式附后）
10	承诺书	符合询价文件要求（格式附后）
11	报价文件的规格响应	报价文件完全满足询价文件要求（审查《规格响应表（格式）》）
12	报价文件其他内容	响应询价文件的实质性要求，包括技术、报价、交货时间、质保期及售后服务措施等

注：

1、资格性检查、符合性检查若有任何一项不满足，将不能进入技术评审和商务（报价）评审。资格性检查和符合性检查的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件（印章须为彩色）装入电子报价文件或从亳州市公共资源交易网注册用户系统中选择上传，采购人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。

2、按照询价文件要求进行签字或盖章，具体详见投标询价须知第 18 条。

（三）评审办法。

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，并编写评审报告。

评标委员会成员对于小型、微型企业的价格扣除，对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	供应商须为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除10%	评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×10%

注：（1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业扶持政策。

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	符合条件的联合体企业	/	/
2	符合条件的向小微企业分包的大中型企业	/	/

注：接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按照询价文件规定的比例扣除，用扣除后的价格参加评审。（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。）

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

1. 评审原则

（1）合法、合规原则。
（2）公平、公正、科学、择优原则。

2. 评审标准

评审标准见评审办法前附表。

3. 评审

3.1 评审应当遵循下列工作程序:

（一）报价文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对报价文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

（二）澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按询价文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐成交候选供应商名单。询价小组按照投标评标价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。

（五）编写评审报告。评审报告是询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评审和询价记录以及评审结果编写的报告，其主要内容包括:

1.询价公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.下载询价文件的供应商名单和询价小组成员名单；

3.评审方法和标准；

4.开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

5.评审结果和成交候选供应商排序表；

6.询价小组的授标建议。

（六） 保密

招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

4.特殊情况的处置程序

4.1 关于评审活动暂停

4.1.1 询价小组应当执行连续评标的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

4.1.2 发生评审暂停情况时，询价小组应当封存全部报价文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原询价小组继续评审。

4.2 关于评审中途更换询价小组成员

4.2.1　除非发生下列情况之一，询价小组成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个询价小组成员需要回避。

4.2.2 退出评审谈判的询价小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本询价文件规定的询价小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

4.3 记名投票

在任何评审环节中，需询价小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询价小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决（须形成文字材料并签字）。

5.无效投标的情形

报价文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理:

（1）不符合《电子招标投标相关要求》的有关规定，见供应商须知前附表《电子招标投标相关要求》；

（2）未按照询价文件要求递交投标保证金的；

（3）未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

（4）不具备询价文件中规定资格要求的；

（5）未按照询价文件要求注明投标产品品牌、型号，只简单写上“响应”、“符合”或“满足”等字样的；

（6）投标报价超出本项目预算金额（控制价）的；

（7）电子报价文件中相关文件的扫描件与投标时提供的原件（如要求）不一致的；

（8）在资格性、符合性检查评审中，询价小组认定供应商的投标不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（9）未按询价文件规定的格式填写、内容不完整以至影响报价文件评审且不符合询价文件错误修正

条件的或关键字迹模糊、无法辩认的；

（10）供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按询价文件规定提交投标替代方案的除外；

（11）供应商名称与网上报名时不一致的；

（12）报价文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；所谓实质上响应，是指报价文件应与询价文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应询价文件要求的报价文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

（13）未按照询价文件要求进行承诺的；

（14）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（15）在公共资源交易活动过程中，同一项目（标段）的不同投标人，存在报价文件制作机器码相同的情况；

（16）不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

备注：询价小组对其否决的投标，应附否决投标情况说明，并向供应商公布结果。

6.废标

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但本办法第二十七条第二款规定的情形除外。

附则：评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部得证据。

第四章　采购内容及需求

一、采购需求总体说明

涡阳县牌坊镇卫生院一批设备采购，包含气动电控型呼吸机、高清电子胃肠镜、移动式C型臂X射线机、体外冲击波碎石机、等离子空气消毒机、电动手术台、手术无影灯、插件式监护仪、注射泵　、电子灸治疗仪、冲击波治疗仪、磁疗康复仪。

二、采购内容及技术要求

（一）、相关要求

1、采购需求如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

2、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争；

3、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

（二）、参数需求

第一标包

产品名称	数量	单位
气动电控型呼吸机	1	台
高清电子胃肠镜	1	台

气动电控型呼吸机

1、气动电控型呼吸机，可用于临床呼吸急救和呼吸治疗。内置式蓄电池，断电后可继续工作保证病人安全。

2、具有控制、辅助/控制、指令通气、手动等多种呼吸模式。

★3、外观采用环保机架、4轮采用独立刹车，便于移动转运。

★4、具有开机自检功能。内置TFT彩色液晶显示屏≥10英寸、飞梭和按键结合的操作方式。图形显示：同屏显示两道实时波形P-T、F-T。

5、输入气源：280 ～ 600 kPa的医用氧气源和压缩空气源。

6、通气模式：SIPPV、IPPV、SIMV、IMV、手动等模式。

7、潮气量范围：50～1500mL，显示范围：0～2000mL

8、显示界面实时显示肺顺应性。

9、分钟通气量：≥ 18 L / Min。

★10、输出气体氧浓度：21% ～ 100%可调。标配医用外置空气压缩机。

11、压力限制范围：1.0 kPa ～ 6.0 kPa。

★12、呼吸频率范围：1 ～ 99 bpm（间歇指令频率范围：1　～ 20 bpm。）。

14、吸呼比范围：4：1-1:4

15、最大安全压力：≤ 6.0 kPa。

16、触发方式：压力触发。控制方式：压力控制。

18、吸气触发压调节：-1.0 kPa ～ 1.0 kPa可调，步长值0.1 kPa。

19、呼气末正压调节：0 kPa ～ 1.0 kPa。

★20、叹息：每 100 个呼吸周期里 1 次 ～ 8 次可调，以不小于潮气量 1.5 倍的通气。

21、吸气平台时间：0～50％ 可调，步长 5%。

22、控制呼吸和辅助呼吸转换时间：6 秒。

24、采用飞梭和旋钮方式设置所用参数

★25、呼气吸气口采用双红外流量传感器。

26、监测参数：潮气量、频率、气道压力、吸呼比、吸入氧浓度、吸气和呼气状态、吸气触发状态等。

27、报警功能：具有声光报警，通气量上限报警，潮气量上下限报警，气道压力上下限报警，氧气供应低报警，电源故障报警等。

28、潮气量报警设置：上限报警设置范围是 10～2000mL，下限报警设置范围是 0～1800mL。

29、气道压力报警：气道压力上限报警范围：0.1～6kPa，气道压力下限报警范围：0～5kPa。

30、氧浓度报警：上限报警范围是 22～100％，下限报警范围是 21～80％。

31、断电报警：交直流供电失败后立即发出报警声。

32、报警时间：引发报警的原因不清除，报警信号不间断，报警时间＞120s。

33、报警消音时间：启动报警消音功能，声音信号消除时间≤120s。

34、智能报警系统按高、中优先级排列。

35、高优先级：气道压力超界、持续压力过高、窒息报警、插管脱落、气源压力。

36、中优先级：潮气量、分钟通气量过低、频率。

37、整机质保两年

备注：标有 “★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效；非标“★”部分参数，可以有不超过 3 条不响应，若超过 3 条，其投标无效。

高清电子胃肠镜技术参数表

货物名称	参数要求
整体要求	配置： 电子内窥镜系统一套〔电子影像处理机（内置冷光源）电子胃镜 1 条，电子结肠镜 1 条，15 寸监视器 1 台，医用台车 1 台〕
上消化道电子内窥镜	视野角：140°（直视）
	钳子管道内径：≥2.8mm
	观察景深：3-100mm
	头端部外径：≤9.6mm
	插入部外径：≤9.6mm
	弯曲角度上 210° 下 90° 左右各 100°
	有效长度：≥1050mm
	总长：≥1350mm
	★导光连接装置：光电一体优化连接插头
	视野角：140°（直视）

下消化道电子内窥镜	钳子管道内径：≥3.7mm
	观察景深：3-100mm
	头端部外径： ≤12.8mm
	插入部外径：≤12.8mm
	弯曲角度上下 180° 左右各 160°
	有效长度：≥1050mm
	总长：≥1350mm
	★导光连接装置：光电一体优化连接插头
医用内窥镜图像处理器	输出 图像格式 Y/C、DVI、RGB、SYNC、AV
	★ 图像处理器与光源一体，占用空间小，移动方便
	★ 可实时冻结图像 16 幅，并可对冻结图像进行回放
	★非 windows 系统，系统更稳定
	电压：110-240V AC，频率：50/60HZ，输入功率，150VA
	图像增强、色调调节、亮度调节、增益、白平衡调节
	气流量 L 档：4L/min，允差:±2L/ min H 档：7L/min，允差:±2L/ min
	气泵压力 40-90Kpa
	★灯泡 LED 灯
	内置灯泡寿命指示功能，提醒用户更换灯泡
专用彩色监视器	15 寸医用级高辨率液晶监视器
专用仪器台车	高分子材料制作
质保期	壹年

备注：标有 “★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效；非标“★”部分参数，可以有不超过 3 条不响应，若超过 3 条，其投标无效。

第二标包

产品名称	数量	单位
移动式 C 型臂 X 射线机	1	台
体外冲击波碎石机	1	台

移动式 C 型臂 X 射线机技术参数

一、设备用途：适用于疼痛科、骨科、外科、手术室等科室临床需要。

★二、整机要求：一体化数字 C 型臂（非分体式 C 型臂）。

三、球管：

★1、阳极：固定阳极；(非旋转阳极）

2、管套热容量：≥860KHU；

四、数字化影像系统：

1、标配工作站：标准配置；

2、CCD 摄像机：医用百万像素超低照度数字摄像机；

3、影像增强器：9″三视野影像增强器；

4、监视器≥24 英寸一体化电脑 1 台；

5、滤线栅：1 套

6、一体化数字采集处理系统：

（1）登记：登记保存、病历查询、Worklist；

（2）采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、打开剪影、边缘增强、递归降噪；

（3）处理：四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量；

（4）报表：保存、预览、专家模板；

7、标准 DICOM 接口：具备；

五、机器操控：

★1、主机操作界面：采用人体图形化彩色液晶触摸屏；

★2、手持控制器：具备；

六、高压发生器：

1、功率：≥5kW；

2、透视最大 KV 值：≥120kV；

3、★脉冲透视最大 mA 值：≥30mA；

4、自动亮度跟踪功能：具备；

5、★数字摄片最大 mA 值：≥100mA；

6、数字摄片最大 kV 值：≥120kV；

7、数字射片最大 mAs 值：≥180mAs；

七、C 形臂机架：

1、焦屏距：≥950mm；

2、★左右摆角：≥±15°；

3、C 臂轨道内运动角：120°（+90°/-30°）；

4、导向轮及主轮：导向轮可以任意方向转动，主轮±90°旋转；

5、自平衡功能：具备；

6、红光十字定位器：具备；

7、★机架监视器旋转：≥300°；

八、其他要求：

1.装机前需提供样机检验，如果发现有弄虚作假的行为，业主有权没收机器 ；

2.装机前需提供注册证、检验报告原件供业主备查 ；

3.提供 3 年售后质保。

备注：标有“★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效；

非标“★”部分参数，可以有不超过 3 条不响应，若超过 3 条，其投标无效。

体外冲击波碎石机

一、设备用途

主要用于粉碎人体的肾结石、输尿管结石、膀胱结石等尿路结石，安全高效，伤害小，等特点

二、冲击波发生系统 电磁盘 凹凸镜

★1、焦点距离：工作焦点与反射体上端口平面的距离：132 土 2mm

2、工作焦点的冲击波聚焦范围：径向:≤土 10 mm；轴向：≤土 80 mm

3、工作焦点的冲击波半高脉宽： ≤1μs

4、工作焦点的冲击波前沿： ≤ 0.5μs

★5、冲击波的最大收缩压力：20～130 MPa；冲击波的最大膨胀压力：≤15 MPa

6、高压电容总能量： 55～130 焦

7、采用高电压，低电容组合，工作更安全、更高效

★ a、冲击波高压调节范围：14.5KV～18.5kV（可无极调节，保证碎石能量的同时，给予患者更好的舒适度）

b、电容容量： 电磁 0.4uf×2 只

8、冲击波脉冲触发控制：

a、触发方式： 手动、自动

b、计数方式：数码显示，加法计数，自动时暂停次数两档可调(200 次、500 次）

★c、触发频率：30—65 次/分钟，7 挡可调

9、反射缸体可倾斜，根据结石部位，选择治疗角度，舒适度更高，同时人体与皮囊之间尽量贴紧，达到最佳治疗效果

10、冲击波波源 高压开关高压电容可独立更换使用。

11、结石粉碎后的最大颗粒：≤3mm

三、B 超定位系统

★1、B 超探头定位调节机构，可绕轴进行 0-26 度自由调整，全方位定位结石，快速准确

★2、B 超探头推动装置，推动行程：20-120mm，电动控制，数码显示，方便医生操作。

四、治疗床系统

1、床体稳定性：床体下方采用 1cm 厚的钢板叠加而成，稳定，焦点不易偏移

2、床体钢板均经过渗氮热处理，使用寿命增加，经久耐用

3、床体承重:≥135KG

五、控制系统

1、采用床身一体化操作控制系统，减少空间需求

★2、产品采用 PLC 可编程控制器，拥有计算机软件著作权，能够控制整机的稳定性与安全性，同时方便后期维护保养

3、人性化的操作图面指示，长寿命轻触按钮控制

4、全中文指示操作面板，图形文字一目了然

六、水系统

水温自控，给予患者最大舒适度，真正人性化设计

七、**整机质保一年**

备注：标有 “★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效；非标“★”部分参数，可以有不超过 3 条不响应，若超过 3 条，其投标无效。

第三标包

产品名称	数量	单位
等离子空气消毒机	3	台
电动手术台	2	台
手术无影灯	2	台
插件式监护仪	2	台
注射泵	5	台

等离子空气消毒机参数（人机共存）

技术参数：

1.外形：壁挂式。

2.适用体积：≥60m³。循环消毒风量：≥600m³/h。

3.消毒时空气中臭氧浓度：≤0.03mg/m³。

4.负离子发生量：≥8×10^7个/cm^3。

5.对空气中自然菌的杀灭率91.89%。

6.对空气中白葡萄球菌杀灭率99.96%。对空气中的甲醛去除率93.51%。

7.额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤60W，额定频率：50Hz±1Hz.

8.噪音：≤55dB.

性能特点：

1.外壳采用ABS工程塑料一体成型，具有美观，大气，强度高。

2.采用微电脑程序控制，LED点阵背光显示，工作稳定可靠。

3.程控自动消毒时间可设置六个时间段、时间段任意设置。

4.使用超强远红外线控制接收装置，可远距离遥控操作。

5.上进下出风道设计，更符合循环风消毒原理，提高消毒效率。

6.内置高浓度负离子发生器，负离子清新空气。

7.手动消毒和程控定时消毒功能。

8.风速高，中，低三档可调。

9.具有等离子发生器、负离子、电机等故障自动检测及报警。

10.手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。

11.消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

12.整机质保两年

电动手术台

（一）、技术要求：

1、电动电机驱动系统：整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作，操作轻松便捷。

★2、五组电机工作，电机驱动背板起落。台面水平移动≥400mm。

3、手术床整体床身、护罩及配件均采用优质SUS#304不锈合金钢制成，可保用15年以上不生锈，充分满足手术后床台消毒。

★4、五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。充分考虑患者生理曲度，可形成背板、座板夹角，满足不同部位手术需求；

5.床垫：采用记忆海绵床垫，厚度大于等于 60mm，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。

6.整机设计符合国家医用电器安全标准，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。

7.遥控面板为按钮操作，造配有脚踏刹车。特别适合拍片与C型臂使用。

8.整机质保三年。

（二）、技术参数

长 2050±50mm 前倾　≥20°　腿板下折　≥90°

宽 500±20mm 后倾　≥20°　腿板外展　≥90°

台面最高　920±10mm 头板上折　≥45°　腰板上升　100±10mm

台面最低　670±10mm 头板下折　≥90°　台面平移　400±20mm

左倾　≥20°　背板上折　≥76°　电源　AC220±10%，50HZ

右倾　≥20°　背板下折　≥10°

（三）、产品配置清单

主体（含电机、床垫）1套

臂托　2个

肩卡　2个

腰卡　2个

腿托　2个

手控器1个

麻醉架1个

脚踏刹车　1个

合格证1份

使用说明书 1份

产品保修卡1份

装箱单1份

手术无影灯

（一）、技术要求：

★1.高强度超薄灯头子母灯，一体化设计，更符合层流要求，更方便操作

2、椭圆形吊管水平大臂，更符合层流要求

3、配置：平衡圆臂系统、灯头体外观专业设计、LED灯芯

（二）、产品特点：

★1.采用暖白色LED作为无影灯光源，环保、低能耗LED灯泡，灯泡寿命：≥60000小时。

2.LED不产生红外线和紫外线辐射，无卤素无影灯对创面造成的温升和组织损伤，加快术后伤口愈合，并且没有辐射污染。

3.LED色温恒定，色温色彩不衰减，柔和不刺眼，非常接近自然太阳光线。

4.独立的LED光源具有专门电路芯片控制。

5.无影灯控制面板薄按键控开关，要求操作简单且不易损坏。

★6.光照可调节级数：无极调光，十段连续显示，调整范围10%-100%，具有背景灯照度：≥30　Lux；

7.采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

8.采用椭圆形吊管设计，可以在多种复杂的手术室内安装悬臂装置，也可根据医院的需要预留，方便医院将来升级和为医院日益增多的多媒体需求提供完美的解决方案。

★9.平衡系统采用合金大臂组件，大于五组万象关节联动，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。

10.灯头中置手柄可拆卸，耐 134℃高温高压消毒，方便调节、灵活定位；具有大小 C臂结合处控制面板，具备亮度提示提示功能，配备有环境照明模式（腔镜模式）；

11.灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。灯头周边一体化 ABS 操作拉手和中置操作手柄，方便操作。

12.整机质保三年。

（三）、技术参数

灯头直径（MM)：700　　500

照度（相距 1M 处 LUX）：180000　　160000

色温 K：4300±500

光斑直径 MM　：100-300

照明深度 MM：≥1200

亮度调节：1-100

演色性指数 CRI：≥97%

色彩还原指数 RA：≥97%

术者头部温升：≤1℃

术野工作区域温升：≤2℃

操作半径：≥2200MM

工作半径：600-1800MM

电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ

输入功率：400VA

灯泡平均寿命：≥60000 小时

灯泡功率：1W/3V

最佳安装高度：2800mm-3000mm

插件式监护仪技术参数

1、主机模块化多参数插件式设计，固定式提手，具有心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温功能,同时监测功能；可升级呼末二氧化碳监测（主流，旁流，微流）等

2、适用于全科室室使用（成人，儿童，新生儿），尤其满足重症监护中的使用需求，计量器具形式批准证，支持中英文界面操作，支持手写中英文

★3、彩色 TFT 显示屏触摸屏 10.4 寸分辨率 800*600、外形小于 285 mm (L) × 145 mm (W)× 235 mm (H)、重量小于 3.6kg，设备轻便易转运。触摸屏幕和飞梭手动二合一的插件式监护仪

4、360 度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息

5、数据存储：≥168 时趋势图表存储与回顾功能，≥30 分钟心电监护导联波形存储回放功能，≥1000 组报警事件，≥1200 组无创血压测量数据，支持≥2880 分钟全息波形

★6、具有全参数掉电存储功能，8G 内存可存褚一年病人监护记录

★7、工作效率：开机 10 秒可进入监护状态，节约时间为医护人员更快的做出治疗方案。

8、ECG 全屏级联，可监测 3/5/12 导心电监护，具有监护、诊断、手术滤波模式，具有抗干扰作用，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析及支持 ST 模板，通过图形化的方式动态实时观察 ST 段变化，心律失常分析种类不少于 18 种。具备起搏自动分析功能。

9、呼吸计算导联 III 导可选，具有窒息报警设置功能，具有 ECG 全屏级联，呼吸频率测量范围成人 0-120RPM，误差±2rpm 小儿，新生儿呼吸频率测量范围：0-150RPM 测量模式：RA-LA/RA-LL/LA

10、血氧饱和度支持脉搏调制音，提供容积波形、SpO2 示值、报警限设置。可显示灌注指数（PI），范围 0.02-20％，SpO2，SpO2 测量范围，0% ~ 100%。精度：成人（包括小儿）69% ~ 100%，±2%，0 ~ 68%，新生儿 69% ~ 100%，±3%，0 ~ 68%波速提供 50mm/s，

25 mm/s、12.5 mm/s 可选

11、具备动态血压分析功能，可自动统计分析 24 小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以图形式显示，为降压药的用量起指示作用。无创血压监测具有辅助静脉穿刺压力功能；

12、无创血压可手动测量测量方式：提供手动、自动、STAT 模式，可显示收缩压、舒张压、平均压数字;具备报警限值和自动模式时间设置。压力检测范围:成人收缩压:(40-270）mmHg;舒张压：（10-215）mmHg；平均压（20-235）mmHg；：小儿：收缩压（40-230）mmHg，舒张压（10-180）mmHg，平均压（20-195）mmHg，具备成人、小儿分段过压保护功能。具有整点测量血压技术.的间隔时间（间隔时间可在 1 分钟、2 分钟、3 分钟、4 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟、90 分钟、120 分钟、240 分钟、480 分钟之间调整），反复的进行测量。

13、体温通道数：双体温；测量精度及范围：0~50℃，±0.1℃精度(不含传感器误差)，单位：℃或℉可选。

★14、出接口有 RJ45 数据（2 个），Ethernet (1 个），HDMI(1 个），USB (2 个）具有网络口、监护仪支持 HDMI 外接显示，配合未来急救系统系统集成工作，Magnolia 系统，界面结构新颖，操作十分便捷，系统运行稳定可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪、激光打印机等 USB 设备；

★15、具备 8 秒实时记录、定时记录、生理报警记录、趋势图回顾记录、趋势表回顾记录、血压回顾记录、报警回顾记录、具有大字体界面，短趋势界面，呼吸氧合图，具有药物浓度、血液动力学、肾功能计算等 6 种功能；同时满足波形和参数页面可转换功能。

16、工作模式提供：监护模式、待机模式、大字体模式、他床观察模式，夜间模式、演示模式，可抗肌电、除颤等干扰

17、监护性能内置锂电池续航时间：续航长 4 达小时，可选配 8 小时，产品无风扇，低功耗，免维护，机器自带 8G 内存，可存数病人一年信息。

18、NIBP 和 BP 的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性，支持动态血压分析，NIBP 具有辅助静脉穿刺功能。选配 IBP 可实现 PPV/SPV，IBP 波形叠加显示，监护可测量 9 余种压力项目

19、旁流呼末二氧化碳抽气速率低至 50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不需传统的脱水瓶。当测量值不可靠时，提供镂空值显示。例如，NIBP 测量值超过有效时间，不能表征当前病人的血压情况

20、可升级血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议。

21、通过设备集成能够集成呼吸机、麻醉机、单机监护设备，1 个设备集成模块能够同时连接 3 种设备，性价比更高，更节约插槽位置，支持无线或混联方式连入同品牌中央监护系统；主机具备标准 RJ45 网络接口，主机（含内置 PC 平台）具备 Wi-Fi 功能，可通过无线方式接入同品牌中央监护系统（链接时无须再缴纳其它端口费等）；

22、数据存储：可支持储参数个数：心电、血氧、呼吸、体温、，血压、呼末、存储时间间隔：1 分钟存储一次，存储时间：1-2 年。

23、波形存储：道波形，分别为心电 I、II、III，呼吸、血氧。存储时间间隔：1 秒钟存储一次。存储时间：可循环存储 30 天。

24：主机原厂质保 4 年，配件质保 6 个月

注射泵的技术参数

★1、注射器规格：10mL、20mL、30mL、50mL 普通注射器

2、注射量范围：0mL-999.9mL，

3、注射速度：10mL 注射器：0.1mL/h-199.9mL/h，20ml 注射器：0.1mL/h-299.9mL/h，30mL 注射器：0.1mL/h-399.9mL/h，50mL 注射器：0.1mL/h-599.9mL/h，

★4、快速输注：快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间。

5、速度增量：最小 0.1 mL/h

6、注射精度：±2%

★7、阻塞压力 ：可根据用户临床需要对各种规格注射器进行精准压力调节（8 档可调）

8、声光报警 ：电池耗尽、交直流转化、掉电、注射器夹装、系统出错、设置数据限制管路阻塞、将近完成提示、输液完成、电池欠压、操作遗忘、移动注射位置

★9、界面显示 ：高清晰远距离显示,注射器置于注射泵正上,方便用户单手操作

10、整机尺寸：外形尺寸紧凑,占用空间小

11、整机功耗：小于 15VA

★12、整机重量：小于 1.5KG

13、交直流两用 AC：220V，50/60Hz；电压 DC14.8VC，完全充电 4 小时，可供泵以 25ml/h 工作 4 小时

14、主要功能：阻塞压力释放 ,残留量可调,压力等级可调,报警消音，报警音量可调 ，流速等级可调,

15、注射药物将近完成时根据用户需要，能够设定提示报警的时间,方便护士提早做好处理准备.

16、保证注射的可靠性,对注射的每一步距离跟进,如有意外的移动,能够报警提示

17、环境条件：温度-5℃－＋40℃　相对湿度≤20%-90%RH

18、大气压力：860hpa-1060hpa

19、储存条件：温度－40℃－＋55，相对湿度≤95%RH

20、质保时间三年

备注：标有 “★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效；非标“★”部分参数，可以有不超过 3 条不响应，若超过 3 条，其投标无效。

第四标包

产品名称	数量	单位
电子灸治疗仪	10	台
冲击波治疗仪	1	台
磁疗康复仪	1	台

电子灸治疗仪参数

一、技术要求

1	治疗温度 治疗仪出口温度为 50ºC～60ºC 可调，温度误差±3，治疗出口温度上限应不大于 60ºC。
2	定时功能 治疗仪应有定时装置，范围应在 1min～60min，定时允差为±5%。
3	工作噪声 治疗仪工作状态下的噪声不大于 60dB（A）。

4	其他功能 a)应具有手动停止输出的功能； b)治疗仪在断电再恢复时，不应有任何输出； c)治疗仪输出时，应有指示功能。 d)治疗仪有恒温超温保护装置，当设定出风口温度为60ºC时，超过60ºC报警值超温保护装置启动，应能切断输出切断输出，并且出风口温度应不高于60ºC。
5	治疗面积尺寸 加热面积应不小于250cm²，允差为±5%。
6	外观表面平整光洁、色彩均匀、无明显伤痕，文字标志清晰，操作机构灵活，紧固件无松动。
7	连续工作时间：治疗仪连续工作时间应≥30分钟。

二、技术参数

1	工作温度：0℃～+40℃
2	额定电压AC220V　　频率：50Hz
3	额定输入功率：400VA
4	具有三维立体灯头旋转方向
5	防倾倒设置，倾倒自动断电
6	外壳采用ABS环保阻燃材料。强度高、韧性好耐腐蚀、耐高温的高分子材料。
7	支架使用双层液压气杆，全程使用304不锈钢螺丝固定，可180度折叠。
8	底座采用1.6寸万象轮，精密滚珠轴承，静音耐磨，带双路刹车。
9	外观表面平整光洁、色彩均匀、无明显伤痕，文字标志清晰，操作机构灵活，紧固件无松动。

冲击波治疗仪

★1、采用先进的气压弹道技术研发生产的冲击波治疗仪；

2、台式机身整体美观便携，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；

3、电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA；

4、10.2英寸真彩触摸显示屏，分辨率1024*600dots；

★5、工作压力：≤4Bar，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；

★6、工作频率调节范围≤21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；

7、治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%；

8、具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；

★9、6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；

准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm；

发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm；

★10、能流密度≦1.83mJ/mm²（**需提供相关佐证文件**）；

★11、内置不少于45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；

12、自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求；

13、计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；

★14、阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；阶梯输出压力和频率有利于提高患者对冲击波治疗的适应性、降低治疗耐受性，治疗效果更好（**需提供相关佐证文件**）；

★15、内置 4 种疼痛评估评价系统：动态 VAS、静态 VAS、睡眠 VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口；

16、患者数据库管理，可存储 10000 个以上的患者信息，方便医师定期进行分析患者功能恢复情况和科研调查工作；

17、治疗计数范围：0～9999 次,0～10 时，步长为 1；10～100 时，步长为 10；100～9900 时，步长为 100；9000～9999 时，步长为 99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；

18、默认冲击次数 2000，默认冲击强度 2.0Bar，默认冲击频率 8Hz，默认治疗参数适配性高，能快捷便利的调整至具体需求的治疗参数；

19、输出压力波的脉宽为 300us，误差不超过±10%；

20、有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；

21、核心部件：先进空气压缩机，动力强，静音设计；

22、先进 SMC 电磁阀，输出稳定性高；

磁疗康复仪

1.屏幕：8 寸触摸屏，分辨率：600*480；

2.工作条件：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：≤80%； 大气压力：860hPa～1060hPa；无强电磁场干扰、无剧烈振动；电源要求：AC 220V±10%、50Hz±2%；输入功率： ≤2200VA；

★3.最大磁感应强度：4000mT±20%，强度设置 0%-100%可调，步长为 1%；

★4.输出波形：6.1 工作频率：1-100Hz，步长为 1Hz；

6.2 双向脉冲，脉冲宽度为 t=420μs±10%；

★5.激光波长：655nm，误差为±20%；

6.单个激光输出强度：3.5mW；

7.单个激光器有效辐照面≧9.08mm²，治疗头具有 3 个激光输出头；

8.定时：1-60min 可调，步长为 1min；

9.三种输出模式：自动模式、手动模式、用户模式，可灵活切换；

★10.合计≥60 种处方；

12.1 自动模式具有≥20 种处方；

12.2 手动模式具有≥20 种处方，可自行制定个性化治疗方案；

12.3 用户模式具有≥20 种处方，可自行制定个性化治疗方案；

11.冷却系统：具有专业的液态循环冷却系统，保障设备使用寿命。发生故障时，有声音提示并停止磁场输出；

★12.显示方式：8 寸彩色触摸显示屏显示（**需提供相关佐证文件**）；

★13.操作方式：触摸点控及一键飞梭操作；

14.柜式一体机，具有磁疗和激光两种功能，配有一个激光磁治疗头；

15.治疗头移动方式：可手持，可机械臂固定，机械臂可多段多角度调节；

16.仪器具有治疗头温度显示功能，超温报警；

17.设备具有记忆功能，治疗结束后关闭待下次开启，会记忆上次的处方参数；

18.系统设置：可进行屏幕亮度调节和音量调节；

备注：标有 “★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效；非标“★”部分参数，可以有不超过 3 条不响应，若超过 3 条，其投标无效。

注：对于“采购需求” 中涉及的相关证照、证明、证书、证件等（要求供货前提供的除外），原件的扫描件或复印件须装入投标文件，采购人保留核验中标人原件的权利，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。

三、**注意事项：**

1. 以上清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在报价文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数相当于或优于参考品牌。否则，其投标无效。

2. 如中标人不是生产厂家或其授权经销商，供货时提供与生产厂家或其授权经销商签定的合同和发票。如不能提供的，取消其中标资格，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。

3. 标有 “★”的参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效。

4. 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。

5. 对于“采购需求” 中要求提供（具有）的证书、检测报告及其他有关证明文件，除评标办法中资格性检查、符合性检查评审明确要求的外，投标时不作要求，供货时交采购人核验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，采购人有权单方面终止采购合同，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。**如有关要求与本条内容不一致，则以本条内容为准。**

6. 投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

7. 投标价若超出该项目预算金额将做无效投标处理。

8. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

9. 同一项目（标包）的不同供应商，针对询价文件创建标识码不得相同，否则将作无效标处理。

10. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

11. 其他：/

第五章　合同条款及格式

一、合同条款前附表

序号	条款内容
1	**交货期（交货时间）**：中标人在签定合同后，15 个日历天内完成供货以及安装、调试等工作，并交采购人验收，保证货物正常使用。
2	**交货地点**：涡阳县行政区域内，采购人指定地点。
3	**付款条件**：签订合同后，预付至合同价款的 40%，供货完毕经采购人验收合格后，无质量问题付清余款。
4	**索赔方式**:见合同条款。

二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合格格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具或其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5)“甲方”系指合同格式中所述购买货物和服务的单位。

(6)“乙方”系指合同格式中所述提供货物和服务的公司或实体。

(7)“项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

(8)“天”指日历天数。

2.来源地

2.1 本条所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供服务的来源地。经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元部件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

2.2 货物和服务的来源地有别于乙方的国籍。

3.技术规格

3.1 交付的货物的技术规格应与报价文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表（如果有的话）相一致。

3.2 除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

4.专利权

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.包装要求

5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

6 .包装标志

6.1 乙方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

(a) 合同号：_____；

(b) 收货单位：_____；

(c) 出厂或装箱日期：_____；

(d) 目的地：_____；

(e) 货物名称、品目号和箱号：_____；

(f) 毛重/净重：_____kg；

(g) 尺寸（长×宽×高，以厘米或 cm 计）：_____。

6.2 如果每件包装箱重量在 2 号（t）或 2 吨（t）以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标志。

7.运输及到货地点

7.1 乙方负责办理运输，直接送到项目现场，并承担运输和装卸费。

8.付款

8.1 本合同以人民币付款。

8.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

1. 发票；
2. 装箱单；
3. 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；
4. 验收证书；

8.3 甲方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

9.伴随服务

9.1 除合同条款前附表中另有规定外，乙方应提交所供货物的技术文件。应包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应在合同生效后五十六（56）天内寄给甲方。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.2 除合同条款前附表中另有具体规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的工具；

(3) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方人员进行培训。

9.3 除合同条款前附表中另有规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证

10.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的、用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后前附表约定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

10.3 乙方在收到通知后二十八（28）天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果乙方在收到通知后二十八（28）天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

11．检验

11.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

11.2 货物运抵现场后，甲方可向质监部门或有关部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

11.3 甲方可自行组织验收，也可委托第三方检测机构进行验收。产品的到货验收包括：数量、外观、质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（质量检验合格证、竣工图纸）及包装等。

12．索赔

12.1 甲方有权根据质检部门或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在合同第 10 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后二十八（28）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后二十八（28）天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

13．乙方履约延误

13.1 乙方应按照甲方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如乙方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或违约终止合同。

13.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

14．误期赔偿

14.1 除合同第 15 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的

最高限额，甲方可考虑终止合同。

15．不可抗力

15.1 尽管有合同条款第 13 条、14 条和 19 条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

15.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

15.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16．税费及保险

16.1 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。所有有关货物运抵项目现场之前发生的保险均应由乙方负担。

17．履约保证金

17.1　如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

18．争端的解决

18.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交亳州仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

19．违约终止合同

19.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

20. 破产终止合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21. 转让和分包

21.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 如投标书中没有明确分包合同，在本合同签约前，乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，无论原投标书或后来的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

22.适用法律

22.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

23.合同生效

23.1 本合同应在双方签字和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

24.主导语言

24.1 本合同一式六份，以中文书就，甲方（2 份），乙方、见证方、公管局、财政局各执 1 份。

25.合同修改

25.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

三、 合同格式

_____（以下简称“甲方”）
_____（以下简称“乙方”）
_____（以下简称“见证方”）

同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）询价文件及附属资料；

（3）供应商提交的报价文件和补充承诺；

（4）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“询价文件及报价文件”。

4.合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币_____元整（小写：_____元），分项价格在投标报价表中有明确规定。

5.付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

6.交货时间和交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点在“合同条款前附表”中有明确规定。

7.合同生效

本合同经三方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。本合同一式六份，以中文书就，甲方（2 份），乙方、见证方、公管局、财政局各执 1 份。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.未尽事宜

未尽事宜，经双方及见证方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（甲方公章）　　乙方（乙方公章）

代表签字：　　代表签字：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

见证方（单位公章）：

代表签字：

日期：　　年　　月　　日

附件：

政采贷业务收款账户变更备案表（格式）

合同名称	
项目编号	
合同金额	
变更收款账户原因	
政采贷融资金额	

<table>
<tr><td colspan="2">变更前账户信息

账户名称：
开户行：
账户：</td><td colspan="2">变更后账户信息

账户名称：
开户行：
账户：</td></tr>
<tr><td>金融机构意见

盖章

经办人：
联系方式：

年　月　日</td><td colspan="2">采购人意见

盖章

经办人：
联系方式：

年　月　日</td><td>供应商意见

盖章

经办人：
联系方式：

年　月　日</td></tr>
</table>

注：本表一式五份、供应商、采购人、金融机构、财政局、公管局各执一份。

第六章　报价文件格式

项目

（项目编号：　　号）

报价文件

供应商：

年　　月　　日

评审索引表

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，并标注评审内容在投标文件中的页码位置，否则有可能影响评审结果，责任自负。本章有提供格式文件的请按格式要求填写并提供。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

资格性检查			
序号	评审内容	盖章要求	在投标文件中的页码位置
1	营业执照	电子签章	
2	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（投标人资格声明函）	电子签章	
3	投标人近三年无重大违法记录声明函	电子签章	
4	联合体协议书	电子签章	
符合性检查			
5	履行合同的设备和专业技术能力	电子签章	
6	法定代表人或授权代表资格（投标授权委托书）	电子签章	
7	投标保证金有关证明材料	电子签章	
8	其他资格要求	电子签章	
9	投标报价	电子签章	
10	投标函	电子签章	
11	承诺书	电子签章	
12	投标文件的规格响应表	电子签章	
13	投标文件其他内容	电子签章	
比较评审			
14	投标分项报价表	电子签章	
15	货物服务技术方案	电子签章	
16	投标人关于产品质量和售后服务方面的承诺	电子签章	
17	中小企业声明函	电子签章	
18	残疾人福利性单位声明函	电子签章	
19	其他	电子签章	

一、投标函（格式）

（采购人名称或安徽雉河项目管理有限公司）：

1. 我方授权_____(姓名和职务)代表我方_____（投标单位的名称）全权处理_____**项目名称及编号（如为划分标包项目注明标包号）**_____项目投标的有关事宜。遵照询价文件（含补充文件）的要求承担本询价项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2. 我方同意接受询价文件中投标有效期的相关规定。

3. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4. 我方同意按照询价文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）_____元（小写：____元）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5. 我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6. 我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7. 我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商：_____(盖单位电子签章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人：_____（盖法定代表人电子签章）

联系电话（传真）：

年　　月　　日

二、报价一览表（格式）

供应商名称:

项目名称 （第 X 标包）	
投标报价 或费率（%）	人民币大写（元）： 人民币小写（元）：
交货期(交货时间)	合同签订之日起　　日内供货并安装调试完毕。
备注	

注：1.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一标包填写多个报价，均为无效报价。报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

2.投标报价、折扣率或费率精确到小数点后2位，最后一位采用四舍五入的方法进行填写。

法定代表人（盖电子签章）：

供应商(盖单位电子签章)：

年　　月　　日

三、投标分项报价表（格式）

供应商名称：_____　　招标项目编号：_____　　标包号（如为整包发标项目可不填）：

序号	产品名称	产品品牌及规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	交货（供货）期
1							
2							
3							
…							
合计							

供应商(盖单位电子签章)

法定代表人（盖电子签章）

注：1.如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。

3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

四、规格响应表（格式）

供应商名称：_____ 招标项目编号：_____ 标包号（如为整包发标项目可不填）：

序号	货物名称	询价文件要求部分		报价文件响应部分		响应情况
		技术参数	数量	技术参数	数量	
1						
2						
3						

供应商(盖单位电子签章)

法定代表人（盖电子签章）

注：1.本表填写时，应据实填写。

2.如果不提供规格响应表将视为没有实质性响应询价文件。

3.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

五、货物服务技术方案

供应商：_____(盖单位电子签章)

日　期：_____年_____月_____日

六、供应商关于产品质量和售后服务方面的承诺

如：产品质量、保修范围、保修期长短及服务、保修期满后的服务等。供应商须提供盖单位公章的产品质量承诺和售后服务承诺。

供应商：_____(盖单位电子签章)

日　期：_____年_____月_____日

七、资格证明及有关材料

1.营业执照

2.投标人资格声明函

3.履行合同的设备和专业技术能力

4.投标人近三年无重大违法记录声明函（格式自拟）

5.法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

6.投标保证金有关证明材料（格式附后）

7.承诺书（格式附后）

8.联合体协议书（格式附后）

9.其他资格要求（按招标公告要求提供）

格式 1：

提供营业执照扫描件或复印件

格式 2：

投标人资格声明函

（采购人名称或安徽雉河项目管理有限公司 ）

关于贵方　　年　　月　　日发布关于“XXX 采购项目”（项目编号：）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚询价文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）：企业法人营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：如我方中标 ，我方愿意在发放中标通知书前向本项目采购人提供符合询价公告要求的（二）、（四）、（六）项具体证明材料供采购人核验。如采购人发现我方有违法、违规、弄虚作假行为，可取消我方中标资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：　年　月　日

格式 3：

履行合同的设备和专业技术能力

一、服务于本项目的专业设备一览表

序号	设备名称	购入时间	价值	数量	产地	备注

二、服务本项目人员一览表

类别	姓名	职务	职称	手机号	证件	
					名称	号码
管理人员						
技术人员						
其他						

投标供应商名称(盖单位电子签章)：

日期：　　年　　月　　日

格式 4：

投标人近三年无重大违法记录声明函

我单位近三年（开标之日起上推三年）无重大违法记录，特此声明。

投标供应商名称(盖单位电子签章)：

日期：　　年　　月　　日

格式 5（1）：

法定代表人身份证明书（格式）

供应商名称：

单位性质：

地　　址：_____

成立时间：_____ 年 _____月 _____日

经营期限：_____

姓　　名：_____　　性别：

年　　龄：_____　　职务：

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件

投标人：_____(盖单位电子签章)

日　期：_____年_____月_____日

格式 5（2）：

投标授权委托书（格式）

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证正反面的扫描件或复印件
授权委托人身份证正反面的扫描件或复印件

供应商：_____（盖单位电子签章）

法定代表人：_____（签字或盖章或机打印）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：_____（签字或盖章或机打印）

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：

_____年_____月_____日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式 6：

保证金有关证明材料

1．投标人存款账户：

提供人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》均予以认可。

2.保证金转账或电汇凭证的复印件：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致。

格式 7：

承诺书（格式）

我公司郑重承诺如下：

一、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、本项目授权委托人为我公司正式工作人员。投标时（以投标截止时间为准），我公司无被限制投标的记录（有效期内）。

四、投标时（以投标截止时间为准），我公司未被人民法院及相关部门列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、如被确定为中标（成交）供应商，保证按照合同约定进行履约。

六、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标（履约）保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

投标供应商名称(盖单位电子签章)：

日期：　　年　月　日

格式 8：

联合体协议书

（如果采用联合体投标的，则适用此表，否则不适用）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）（第_____包）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1._____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____ 。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式___份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员一名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

……

_____年_____月

注：如果允许联合体投标且投标人以联合体名义进行投标的，则适用此表，否则不适用。

八、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹙2020﹚46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日 期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性，且本单位参加 （ ）单位的（ ）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位：（盖电子签章）

年　　月　　日

十、其他资料