

亳州市儿童医院医疗设备采购（第四批）项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BZSJ2023CG242号

原公告的采购项目名称：亳州市儿童医院医疗设备采购（第四批）项目

首次公告日期：2023年10月17日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：1、第3包磁共振成像系统（MRI）：“1.11.1磁体长度（不含外壳） $\geq 174\text{cm}$ ”修改为：“1.11.1磁体长度（不含外壳） $\geq 170\text{cm}$ ”；

2、第3包磁共振成像系统（MRI）：“#2.2最大梯度场强 $\geq 80\text{mT/m}$ ”修改为“#2.2最大梯度场强 $\geq 45\text{mT/m}$ ”；

3、第3包磁共振成像系统（MRI）：“★13.11 所投机型具备的全部商用软件承诺 全部提供，且必须在由承诺书中体现本条款”修改为“★13.11 所投机型具备(或提供第三方)的全部商用软件承诺 全部提供，且必须在承诺书中体现本条款”；

4、第3包磁共振成像系统（MRI）：“4.5 发射带宽 \geq 600KHZ”修改为“4.5发射带宽 \geq 600KHZ或 \geq 500KHZ（具有去金属伪影技术类似技术）”；

5、第3包磁共振成像系统（MRI）：“4.10单次扫描同时独立传输通道数 \geq 48通道”修改为“4.10单次扫描同时独立传输通道数 \geq 32通道”；

6、本项目招标文件获取截止时间推迟至 2023 年 11 月 02 日 17 点 30 分（北京时间），投标文件提交截止时间、开标时间均推迟至 2023 年 11 月 14 日 8 点 20 分（北京时间）。

更正日期：2023 年 10 月 26 日。

三、其他补充事宜

1. 本更正公告为采购文件组成部分，与采购文件具有同等法律效力。之前发布的文件与本公告不一致的，以本公告为准。

2. 其他事项暂不作调整，请按采购文件执行。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：亳州市人民医院

地 址：亳州市谯城区南院区希夷大道与杜仲路交叉口

口

联系方式：赵主任 0558-5675766 |

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽寰亚国际招标有限公司

地 址：合肥市蜀山区跨境电商产业园四期B座20楼

联系方式：0551-65307719 或 65307729 转分机号 6627

3. 项目联系方式

项目联系人：李梦雪、李正雷、李静

电 话：0551-65307729 转分机号 6627, 15955193475

2023年10月26日